


Diather Test Owulacyjny Ultraczuły LH FLH-U102H, 5 sztuk



Nasza cena: 11,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	Diather Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Diather Test Owulacyjny Ultraczuły LH FLH-U102H, 5 sztuk

Diather Test Owulacyjny Ultraczuły LH FLH-U102H Test płytkowy służący do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml.

Właściwości

Diather Test Owulacyjny Ultraczuły jest szybkim testem płytkowym, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co określa się mianem owulacji.

Wykonanie badania jest proste, polega na dodaniu na płytkę testową 3 kropli moczu i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.

Stosowanie

Stosować zgodnie z instrukcją użycia dołączoną do opakowania.

Opakowanie zawiera:

- 5 saszetek z testem kasetkowym
- pipeta
- kapilarna
- instrukcja użycia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.